



Area Alberghiero Economale e

Provveditorato.

Tel. 02.4029.294

provveditorato@pioalbergotrivulzio.it

Prot. n. 444/2016

Procedura aperta per l'affidamento, in consegna immediata, della fornitura di camici monouso idrorepellenti, per protezione individuale, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, occorrenti alle strutture socio sanitarie dell'ASP IMMES e PAT_

Richiesta chiarimenti del 01.10.2020 ore 09:29 ID Sintel n. 129544122

Quesito:

La scrivente produce nel proprio stabilimento i camici oggetto di gara, molto richiesti data l'emergenza sanitaria in corso, rende difficile poter accantonare un fabbisogno di 120.000 pezzi per una procedura di gara, con la previsione in caso di aggiudica, la consegna in due uniche soluzioni immediate.

Al fine di rendere più concorrenziale la partecipazione alla procedura in oggetto, senza penalizzare le piccole e medie imprese, si richiede di poter rettificare quanto indicato in merito la CONSEGNA IMMEDIATA, permettendo di concordare le consegne frazionate in più soluzioni con i punti di consegna del materiale.

Chiarimento:

Si precisa che i termini di consegna nei modi e tempi previsti dalla *Lex Specialis*, da considerarsi essenziali, non sono in alcun modo derogabili o modificabili, e non solo a garanzia della coerente soddisfazione del fabbisogno approvvigionamentale presupposto in contesto emergenziale, ma anche a garanzia dei principi di imparzialità e *par condicio* che devono essere garantiti nei confronti di tutti i concorrenti, ai fini del regolare e legittimo espletamento dell'iter procedurale.

Tutto quanto sopra è, peraltro, ben esplicitato nel provvedimento di avvio della procedura *de qua* in cui, in più punti, si evidenzia l'esigenza di soddisfare, con la massima tempestività ed urgenza, il fabbisogno emergente di camici di questa Stazione Appaltante.

Richiesta chiarimenti del 01.10.2020 ore 12:39 ID Sintel n. 129558615

Quesito:

Essendo il materiale in oggetto destinato alle strutture sanitarie, siamo a richiedere se il camice debba essere un Dispositivo Medico (con le relative certificazioni appartenenti ai Dispositivi Medici) e quindi essere registrato presso il Ministero della Salute oppure no.

Chiarimento

Si precisa che, allo stato, non è richiesto che l'articolo di interesse sia un dispositivo medico.

Richiesta chiarimenti del 01.10.2020 ore 13:07 ID Sintel n. 129560270

Quesito:

Nel Disciplinare di Gara, tra la documentazione amministrativa da presentare non si fa alcun cenno alla garanzia provvisoria mentre a pag. 22 è scritto che: "In caso di esito negativo delle verifiche, la ASP IMMES e

PAT appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria" e, più avanti, che "ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratti".

Si chiede pertanto di precisare se sia prevista la presentazione della garanzia provvisoria e con quali criteri, oppure se tali riferimenti siano da considerarsi un refuso.

Chiarimento

In merito alla presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs n. 50 del 2016 si precisa che, questa Amministrazione, in ottemperanza delle disposizioni del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 art.1 comma 4, per la procedura in oggetto, non richiede tale adempimento, non ricorrendo particolari esigenze che ne giustificano la richiesta e pertanto i riferimenti evidenziati, presenti del Disciplinare di gara, sono da considerarsi refusi.

Richiesta chiarimenti del 01.10.2020 ore 17:49 ID Sintel 129575397

Quesito:

Si chiede se la certificazione come DPI di III categoria può essere in deroga, in attuazione dell'art.15 comma 3 decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

Chiarimento:

Come da chiarimento INAIL in ordine all'art. 15 comma 3 decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, la deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, che dovranno assicurare la rispondenza al Regolamento Europeo 425/2016.

Richiesta chiarimenti del 05.10.2020 ore 17:09 ID Sintel n. 129688114

Quesito:

I documenti di gara per l'operatore sono in formato .pdf non editabile, si chiede pertanto dove reperire e come ottenere i formati atti alla compilazione per la presentazione delle offerte.

Chiarimento:

Si precisa che i documenti di gara, inseriti in piattaforma telematica, da compilare e ripresentare a cura dell'operatore economico firmati digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa, non vengono forniti in modalità diversa dal formato pdf e non è possibile richiederli e ottenerli diversamente dal suddetto formato.

Richiesta chiarimenti del 06.10.2020 ore 16:33 ID Sintel n. 129748173

Quesito:

In merito all'articolo 15 del regolamento di gara vi chiedo il dettaglio della documentazione tecnica richiesta. Grazie cordiali saluti.

Chiarimento:

In merito al dettaglio della documentazione richiesta all'art.15 del Disciplinare di Gara, inerente il camice monouso, si precisa che l'Operatore Economico, inderogabilmente, in sede di presentazione dell'offerta economica, dovrà produrre sia la documentazione tecnica relativa alla taglia unica, timbrata e firmata dall'ente certificatore accreditato e ciò abilitato ad ogni effetto di legge, sia la Certificazione unica riferita sempre alla suddetta taglia unica.

La fornitura di camici taglia unica dovrà soddisfare i seguenti standard dimensionali:

TAGLIA UNICA	TAGLIA UNICA
Altezza totale	158-194
Circonferenza torace	84-124

TAGLIA UNICA	TAGLIA UNICA
Lunghezza totale	120
Circonferenza torace	134
Larghezza spalle	59
Larghezza maniche	64

Il RUP
Dott. Ugo Ammannati