

RISCONTRO QUESITI PERVENUTI IL 04.01.2021

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONSEGNA IMMEDIATA, DELLA FORNITURA DI VISIERE PARASCHIZZI PROTETTIVE MONOUSO, PER PROTEZIONE INDIVIDUALE, PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, OCCORRENTI ALLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE DELL’ASP IMMES E PAT. (NUMERO GARA 8017325 – CIG8594009095)

QUESITO ID 134789853 del 4 febbraio 2021

Gent.mi

con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

- è possibile offrire un prodotto non montato (ogni confezione singola contiene il libretto di istruzioni)
- in riferimento alla tempistica di consegna, si richiede di specificare i termini per il perfezionamento contrattuale in modo da poter capire che tempo abbiamo tra l'aggiudicazione e la spedizione della fornitura
- in riferimento ai requisiti economici, il fatturato richiesto può essere valido anche se riferito solo al 2020? (anno in cui abbiamo trasformato e dedicato la produzione ai DPI) .

RISPOSTA A QUESITO

Con riferimento ai quesiti da voi posti riportati in neretto si riscontra come di seguito riportano:

“- è possibile offrire un prodotto non montato (ogni confezione singola contiene il libretto di istruzioni)”

Risposta: non è possibile, confermando quanto previsto all’ART 1. CARATTERISTICHE QUANTI-QUALITATIVE DELL’ARTICOLO del capitolato speciale ed allegato in relazione ai requisiti standard che devono essere soddisfatti dal prodotto offerto: ciò stante le caratteristiche essenziali ed ineludibili di sterilità connaturate al prodotto oggetto della fornitura di cui trattasi, prima dell’immediato utilizzo del prodotto.

“- in riferimento alla tempistica di consegna, si richiede di specificare i termini per il perfezionamento contrattuale in modo da poter capire che tempo abbiamo tra l'aggiudicazione e la spedizione della fornitura”

Risposta: Come già precisato si conferma che i termini di consegna nei modi e tempi previsti nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara, sono considerarsi essenziali, non sono in alcun modo derogabili o modificabili, e non solo a garanzia della coerente soddisfazione del fabbisogno approvvigionamentale presupposto in contesto emergenziale, ma anche a garanzia dei principi di imparzialità e par condicio che devono essere garantiti nei confronti di tutti i concorrenti, ai fini del regolare e legittimo espletamento dell’iter procedurale.

Si conferma quanto previsto dall’ART 4. del Disciplinare di Gara TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA “Considerata la particolare situazione emergenziale e il necessitato bisogno dei del dispositivo di protezione in oggetto, l’affidatario dovrà provvedere, inderogabilmente, **alla consegna immediata della fornitura e comunque entro e non oltre 7 giorni decorrenti dalla data del perfezionamento contrattuale ai sensi dell’art. 32, comma 14.** Si preavvisa sin d’ora che i termini e le modalità di esecuzione della fornitura previste nella Lex Specialis sono da considerarsi essenziali.”

Si precisa che i termini indicati negli atti di gara si riferiscono alla consegna della fornitura e non già alla spedizione della predetta di cui a vostro quesito. Si rinvia al d.lgs. n. 50/2016 e smi quanto all’efficacia dell’aggiudicazione.

“- in riferimento ai requisiti economici, il fatturato richiesto può essere valido anche se riferito solo al 2020? (anno in cui abbiamo trasformato e dedicato la produzione ai DPI) “

Risposta: Si conferma quanto previsto dal punto 8.2 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE del Disciplinare di gara, “Il concorrente deve aver eseguito nell’arco del triennio che va dal mese di Dicembre 2017 al mese di Dicembre 2020 forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura rese in favore di strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali di natura sia pubblica che privata. E deve aver generato un importo complessivo, nel periodo sopra considerato, riferito a forniture analoghe, non inferiore al valore stimato della procedura, ovverosia di € 216.300,00 (IVA esente).

E’ pertanto richiesta l’elencazione analitica delle forniture rese nel periodo di riferimento che concorrono al

raggiungimento del requisito di fatturato richiesto, con i relativi dati identificativi di natura soggettiva ed oggettiva. In proposito si precisa che come da costanti indicazioni giurisprudenziali, il concetto di fornitura analoga e diverso da quello di fornitura identica, non imponendo l'assoluta uguaglianza degli elementi caratteristici richiesti, bensì un più largo concetto di similitudine tra le forniture prese in considerazione. Di conseguenza, la valutazione in ordine al possesso di tale requisito comporterà un confronto concreto delle tipologie di attività svolte nel settore cui afferisce l'appalto, tenuto conto del contenuto intrinseco delle prestazioni, nonché della tipologia e dell'entità delle attività contrattuali precedentemente svolte."

"Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività."

ERRATA CORRIGE: Con riferimento al riscontro ai quesiti pubblicato su Sintel in data 01.02.2021 si comunica che l'identificativo corretto del riscontro denominato "QUESITO ID 134592311 del 1 febbraio 2021" è ID 134680671 che annulla e sostituisce il precedente, fermo tutto il resto: ciò per mero errore materiale. Si riporta nuovamente di seguito, ad ogni buon conto, il riscontro con indicazione dell'ID corretto:

QUESITO ID 134680671 del 1 febbraio 2021

Buongiorno con la presente siamo a chiedere quanto segue: - chiediamo di potere offrire visiera monouso il cui visore è protetto da film trasparente removibile che protegge da graffi e dai ogni livello di touch point che può essere generato dall'operatore in fase di prelievo dal box. Tale livello di packaging ottimizzato è ugualmente protettivo ed idoneo per la destinazione d'uso. Rimanendo in attesa di gentile riscontro porgiamo cordiali saluti

RISPOSTA A QUESITO

Come già precisato si conferma quanto previsto all'ART 1. CARATTERISTICHE QUANTI-QUALITATIVE DELL'ARTICOLO del capitolato speciale che stabilisce che "E' richiesta la fornitura di visiere paraschizzi protettive che soddisfino i seguenti requisiti standard:" tra cui "- essere confezionate singolarmente": ciò stante le caratteristiche essenziali ed ineludibili di sterilità connaturate al prodotto oggetto della fornitura di cui trattasi.

IL RUP
(Dott. Ugo Ammannati)