



Prot. 444/2016

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONSEGNA IMMEDIATA, DELLA FORNITURA DI CAMICI MONOUSO, IDROREPELLENTI, PER PROTEZIONE INDIVIDUALE, PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, OCCORRENTI ALLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE DELL’ASP IMMES E PAT

(Numero Gara 7886458 - CIG 844491437E)

Verifica caratteristiche tecniche dei camici monouso

Letto l’art 15 del Disciplinare di gara;

Viste le richieste di chiarimenti fornite alle ditte e pubblicate sulla piattaforma Sintel;

Letto l’art 10 del Capitolato Speciale d’Appalto;

preso atto del verbale del 28 ottobre 2020 di apertura delle buste amministrative relative alla procedura di gara in oggetto, richiamandone integralmente il contenuto,

si riportano di seguito le valutazioni di idoneità tecnica dei camici di cui a campionature presentate dalle ditte concorrenti, secondo le caratteristiche tecniche essenziali di cui a *Lex Specialis*, in ordine di caricamento delle offerte in piattaforma:

- PLISSE’ SPA

La ditta presenta, unitamente al campione, la documentazione tecnica relativa alla taglia unica, timbrata e firmata dall’ente certificatore accreditato e ciò abilitato ad ogni effetto di legge, sia la Certificazione unica riferita sempre alla suddetta taglia unica, pertanto viene ammessa al seguito procedurale, tenuto, altresì, conto della completezza e regolarità della documentazione amministrativa.

- 2 GAMMA AUTOMOTIVE S.R.L.

La ditta presenta, unitamente al campione, la documentazione tecnica relativa alla taglia unica, timbrata e firmata dall’ente certificatore accreditato e ciò abilitato ad ogni effetto di legge, sia la Certificazione unica riferita sempre alla suddetta taglia unica, pertanto viene ammessa al seguito procedurale, tenuto, altresì, conto della completezza e regolarità della documentazione amministrativa.

- CARDIVA ITALIA S.R.L.

La ditta, diversamente da quanto previsto negli atti gara (in particolare, all’art 1 del Disciplinare di gara, all’art 1 del Capitolato Speciale d’Appalto e all’allegato n. 1 dello stesso), presenta

campionatura, documentazione tecnica e certificazione riferite alla taglia L anziché alla Taglia Unica come richiesto. Pertanto la ditta non viene ammessa al seguito procedurale.

- INNOVA HTS S.R.L.

La ditta presenta, unitamente al campione, la documentazione tecnica relativa alla taglia unica, timbrata e firmata dall'ente certificatore accreditato e ciò abilitato ad ogni effetto di legge, sia la Certificazione unica riferita sempre alla suddetta taglia unica. In considerazione, però, delle criticità rilevate nell'ambito della valutazione della documentazione amministrativa, come dedotto nello specifico nel relativo verbale che qui si richiama, il concorrente non viene ammesso al seguito procedurale.

- CAM HOSPITAL S.R.L.

La ditta, diversamente da quanto previsto negli atti gara (in particolare, all'art 1 del Disciplinare di gara, all'art 1 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'allegato n. 1 dello stesso), presenta campionatura, documentazione tecnica e certificazione riferite alla taglia XL anziché alla Taglia Unica come richiesto. Pertanto la ditta non viene ammessa al seguito procedurale.

- SPECIAL WEAR UK LTD

La ditta presenta, unitamente al campione, la documentazione tecnica relativa alla taglia unica, timbrata e firmata dall'ente certificatore accreditato e ciò abilitato ad ogni effetto di legge, sia la Certificazione unica riferita sempre alla suddetta taglia unica, pertanto viene ammessa al seguito procedurale.

- DEVICE & TECH S.R.L.

La ditta presenta, unitamente al campione, la documentazione tecnica relativa alla taglia unica, timbrata e firmata dall'ente certificatore accreditato e ciò abilitato ad ogni effetto di legge, sia la Certificazione unica riferita sempre alla suddetta taglia unica, pertanto viene ammessa al seguito procedurale.

- PAPERLYNEN PALCAPS SRL

La ditta presenta, unitamente al campione, la documentazione tecnica relativa alla taglia unica, timbrata e firmata dall'ente certificatore accreditato e ciò abilitato ad ogni effetto di legge, sia la Certificazione unica riferita sempre alla suddetta taglia unica, pertanto viene ammessa al seguito procedurale.

- MED CONSULTING SRL

La ditta, diversamente da quanto previsto negli atti gara (in particolare, all'art 1 del Disciplinare di gara, all'art 1 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'allegato n. 1 dello stesso), presenta campionatura riferita alla taglia XL anziché alla Taglia Unica come richiesto.

La ditta, inoltre, produce certificazione non rilasciata da un Ente certificatore accreditato e notificato europeo e non viene riportato il "numero di organismo notificato" ovvero il "EEC Notified Body N. ___".

La ditta pertanto non viene ammessa al seguito procedurale, considerate, altresì, le criticità rilevate nell'ambito della valutazione della documentazione amministrativa, come dedotto nello specifico nel relativo verbale che qui si richiama.

- CONFEZIONI E FACON SRL CON SIGLA CIEFFE SRL

La ditta presenta, unitamente al campione, la certificazione relativa alla Taglia Unica, ma non la documentazione tecnica richiesta all'art 15 del Disciplinare di gara. Pertanto il concorrente non viene ammesso al seguito procedurale.

- GAMAN S.R.L.

La ditta, diversamente da quanto previsto negli atti gara (in particolare, all'art 1 del Disciplinare di gara, all'art 1 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'allegato n. 1 dello stesso), produce n. 3 campioni riferiti alla taglia L - XL anziché alla Taglia Unica come richiesto.

Inoltre la documentazione tecnica risulta mancante di elementi essenziali per la valutazione del prodotto.

Infine, la certificazione prodotta non si riferisce alla Taglia Unica, ma risulta riferita ad altre taglie come risulta espressamente dalla dicitura "*The gown is available in 6 nominal sizes*".

La ditta pertanto non viene ammessa al seguito procedurale, considerate, altresì, le criticità rilevate nell'ambito della valutazione della documentazione amministrativa, come dedotto nello specifico nel relativo verbale che qui si richiama.

- ITEX di Marco Gregnanin

La ditta produce una documentazione tecnica mancante di elementi essenziali per la valutazione del prodotto, quali gli *standards* dimensionali come previsti all'allegato 1 del capitolato Speciale d'Appalto e ribaditi nelle richieste di chiarimento.

La ditta pertanto non viene ammessa al seguito procedurale, considerate, altresì, le criticità rilevate nell'ambito della valutazione della documentazione amministrativa, come dedotto nello specifico nel relativo verbale che qui si richiama.

- HEALTH'S SOLUTIONS SRLS

La ditta non produce la documentazione tecnica riferita alla Taglia Unica, come previsto negli atti gara (in particolare, all'art 1 del Disciplinare di gara, all'art 1 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'allegato n. 1 dello stesso), inoltre la stessa documentazione tecnica precisa che si tratta di dispositivo di protezione individuale di I categoria, diversamente da quanto richiesto in Capitolato Speciale d'Appalto ove si faceva espressamente riferimento ad un Dispositivo di Protezione Individuale di III categoria.

La ditta pertanto non viene ammessa al seguito procedurale.


Milano, 28 ottobre 2020

Per la Stazione Appaltante:

Per il Dipartimento Socio – Sanitario – dott. Pierluigi Rossi



Per la Direzione delle Professioni Sanitarie – dott. Alessandro Adduci



Il presente verbale di compone di complessive n. 3 pagine.